



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

REG. GEN. N° 350 DEL 21/12/2023

## DETERMINAZIONE N° 350 DEL 21/12/2023

Oggetto: Aggiornamento impianto sistemi di comunicazione ospedaliera per Hospice. Decisione a contrarre (CIG: ZA63DE9319)

### IL RESPONSABILE AREA CURE PALLIATIVE

**RICHIAMATA** la Decisione dell'Amministratore Unico n° 6 del 01/02/2023, con la quale è stata approvata la proposta di Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2023-2025 - proposta approvata con Delibera dell'Assemblea dei Soci Asp n. 1 del 31/07/2023;

**RICHIAMATA** altresì la determinazione n. 27/2021 con la quale sono stati nominati Responsabili di servizio, titolari di posizione organizzativa, nominati sulla base della citata Decisione dell'Amministratore Unico n° 28/2020 di modifica dell'assetto organizzativo;

**PRESO ATTO** della necessità di provvedere a un aggiornamento e la sostituzione di alcuni componenti dell'impianto di comunicazione ospedaliera dovute all'usura;

**VISTO** l'offerta Prot. 6439-2023 della ditta Nuove Tecnologie srl, con sede in Viale Rimembranze, 47/B - 20045 Lainate (Mi) Tel. 02 / 9372315

**CONSIDERATO** che è opportuno aggiornare e sostituire i kit di comunicazione con sistemi dello stesso tipo e da parte dello stesso fornitore che ha implementato l'impianto in fase di prima installazione (Nuove Tecnologie srl di Lainate – MI);

**VALUTATA** l'offerta da parte di N.T. srl pari ad € 10.150,00 iva esclusa per l'acquisto di aggiornamento intero sistema di comunicazione per le stanze di degenza e locali sanitari;

**VERIFICATO** che la spesa totale ammonta ad euro 10.150,00;

1	Apparecchiature di Camera+ Apparecchiature locali infermieri				4.150,00
2	Apparecchiature Centralizzate				6.500,00
	Sconto se eseguiti entrambi				-500
				<b>Totale €</b>	<b>10.150,00</b>

### RICHIAMATI:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023, che prevede l'affidamento diretto per lavori fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 140.000 euro;
- l'art. 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. n° 36/2023, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti adottano la decisione a contrarre e che in caso di affidamento diretto il suddetto atto deve individuare l'oggetto e l'importo, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

### RILEVATO quanto segue:

- oggetto del contratto: Aggiornamento impianto sistemi di comunicazione ospedaliera per Hospice;
- importo contrattuale: 10.150,00 (CIG: ZA63DE9319);
- ragioni di scelta del contraente: affidamento diretto a soggetto già incaricato dal servizio per la fornitura di kit di comunicazione;



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

- d) requisiti di carattere generale: autocertificazione di possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione; dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n° 136/2010;

**TENUTO CONTO** di quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n° 36/2023 ("Principio di rotazione degli affidamenti");

**VERIFICATO** che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Area cure palliative e *fund raising*, non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del Allegato "C" al PIAO 2023-2025 (Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025) e del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

## DETERMINA

- 1) Di approvare acquisto di aggiornamento impianto sistemi di comunicazione ospedaliera per Hospice sistemi di comunicazione ospedaliera per camere degenza e locali sanitari tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n° 36/2023;
- 2) Di dare atto che l'importo complessivo della fornitura è pari a euro 10.150,00;
- 3) Di dare atto che:  
il CIG è: **ZA63DE9319**;  
il codice univoco è: UF6WZ0;
- 4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013;
- 5) Di dare atto che responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Area cure palliative e fund raising.

Responsabile del Servizio Area cure palliative e *fund raising*

(Armand Dragoj)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Allegato alla determinazione n. 350 del 21/12/2023



## Nuove Tecnologie s.r.l.

Viale Rimembranze, 47/B - 20045 Lainate (Mi)  
Tel. 02 / 9372315  
[www.new-tech.it](http://www.new-tech.it) - [info@new-tech.it](mailto:info@new-tech.it)

Spett.le  
ASP Azalea del Distretto di Ponente  
Via Pianello 100  
Borgonovo Val Tidone (PC)

C.a. Dott. Armand Dragoj

Tel: 0523 865607  
Cell. 3387207115  
[mail.responsabile.hospiceborgonovo@aspazalea.it](mailto:mail.responsabile.hospiceborgonovo@aspazalea.it)

Lainate 12/12/2023  
Off. N. O-23-SA-123-1-NE  
Da: Sergio Anelli  
Tel: +39 02 9372315  
mail: [s.anelli@new-tech.it](mailto:s.anelli@new-tech.it)  
N° pa 4

**Oggetto: Offerta economica per apparati sistema di comunicazione ospedaliera NT Neos  
Hospice Borgonovo Val Tidone -Aggiornamento impianto**

Con riferimento alla Vostra richiesta, Vi presentiamo la nostra migliore proposta per la fornitura degli apparati necessari alla realizzazione di quanto indicato in oggetto.

Tali apparati, quantificati sulla base delle Vostre indicazioni, sono stati sviluppati con l'obiettivo di realizzare un sistema che possa essere, in ogni momento, configurato in funzione delle reali esigenze dell'utilizzatore.

Il concetto fondamentale su cui si basa l'impianto e' quello di un sistema modulare in cui una serie di unità intelligenti, completamente autonome, dialogano tra loro.




Ciò facilita notevolmente eventuali ampliamenti dell'impianto e semplifica le operazioni di manutenzione.


Vi ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che vorrete riservare alla presente e restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

  
Nuove Tecnologie S.r.l.

Cap. Sociale € 11.000 I.V. - N° REA 1456215  
Registro Imprese N° 234255 Tribunale di Milano - P.IVA 10907940150



 s.anelli@new-tech.it  
A  Resp. Hospice Borgonovo - ASP Azalea  
Cc  a.casati@new-tech.it

 Messaggio inoltrato in data 13/12/2023 08:36.

 O-23-SA-123-1-NE ASP Azalea Distretto di Ponente Aggiornamento Impianto - Dott. Armand Dragoj.pdf  
83 KB

Buongiorno Dott. Dragoj,

A seguito dei colloqui intercorsi, ho riassunto le attività indicate nelle nostre offerte n° O-23-SA-114-1-NE e O-23-SA-116-1-NE in un'unica proposta n° O-23-SA-123-1-NE.

Come indicato nella nota 1 di quest'ultima, qualora optaste per un intervento da effettuare in un'unica soluzione, riconosceremo sull'importo complessivo delle attività uno sconto di 500,00 €.

Resto a disposizione e con l'occasione porgo i miei più cordiali saluti.

**Sergio Anelli**

**Nuove Tecnologie S.r.l.**

Viale Rimembranze 47/b  
20045 Lainate (MI) - Italy

☎ +39 02 9372315  
☎ +39 02 9370799  
✉ [s.anelli@new-tech.it](mailto:s.anelli@new-tech.it)  
<http://www.new-tech.it>



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

## Computo Economico

INTERVENTO A CORPO							
Posiz.	Apparecchiature di Camera	Codice	Q.tà			Note	
1	MDC - Modulo Display e Connessioni. Costituito da:		NE 4000041-K1	10			
	A	Unità Display e Connessioni dotata di: Pulsanti Rosso, Verde, Giallo; N° 5 ingressi per chiamate e reset; N° 4 uscite Lampade e buzzer (BIANCA)	NE 4000041	10			La quotazione indicata è relativa alla fornitura di nuovi apparati in sostituzione di quelli esistenti. Questi ultimi saranno ritirati a nostra cura.
	B	Telaio di supporto a N° 1 Modulo (BIANCO)	3B 101040	10			
	C	Confezione morsetti per display MDC	7M 00001	10			
MDC - Modulo Display e Connessioni con ripetizione buzzer costituito da:		NE 4010041-K1	2				
2	A	Unità Display e Connessioni con ripetizione buzzer (P3) dotata di: Pulsanti Rosso, Verde, Giallo; N° 5 ingressi per chiamate e reset; N° 4 uscite Lampade e buzzer (BIANCO)	NE 4010041	2			La quotazione indicata è relativa alla fornitura di nuovi apparati in sostituzione di quelli esistenti. Questi ultimi saranno ritirati a nostra cura.
	B	Telaio di supporto a N° 1 Modulo (BIANCO)	3B 101040	2			
	C	Confezione morsetti per display MDC	7M 00001	2			
Prezzo netto complessivo a voi riservato inclusa la manodopera (N° 2 Tecnici - Max 8 ore) :					€	4.150,00	

Posiz.	Apparecchiature Centralizzate	Codice	Q.tà	Prezzo unitario	Totale parziale	Note
3	UC - Unità Centrale costituita da		NE C0000-K1	1		
	A	Unità Centrale completa Monitor, Tastiera QWERTY, Mouse e Sistema Operativo	NE C0003	1		
	B	Software NEOS di Configurazione e Gestione (Licenza OEM legata al PC su cui viene installato il software)	NE S0000	1		
4	MRB-EF - Modulo di Rigenerazione Bus Ethernet con Fonia e Centralino, costituito da:		NE MRBFE-K2	1		
	A	Modulo di Rigenerazione Bus Ethernet con fonia	NE B2E0F	1		Da install. in luogo areato
	B	Centralino 12 moduli IP40 a montaggio superficiale	KK 3C001-10	1		
C	Confezione morsetti	7M 00006	1			
5	Configurazione e attivazione Impianto		ATT-1	1		
	A	Configurazione e attivazione Impianto	Att-1	1		
				Totale €	6.500,00	



# ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

## SOSTITUZIONI A CONSUNTIVO

Posiz.	Apparecchiature di Camera	Codice	Q.tà	Prezzo unitario	Totale parziale	Note
6	MP - Modulo presa RJ45 Luci. costituito da:	NE P411L41-K1	1	95,00	95,00	
	A Unità Presa (BIANCA) con: Presa RJ45 per tastiera pensile, Pulsante Rosso, n° 2 relè per comandi luce.	NE P411L40	1			Le quantità saranno definite a consuntivo, in funzione del numero di apparati riscontrati guasti.
	B Cornice BIANCA	3B 50041	1			
	C Confezione 2 viti da 19,00 mm	8V 00001	1			
7	KIT Minitastiera pensile con Luci. Costituito da:	NE H2224.A-K2	1	95,00	95,00	
	A Minitastiera pensile antibatterica completa di pulsante rosso, 2 pulsanti per comando luci e connettore DIN a 8 poli. Colore bianco.	NE H2224.A	1			Le quantità saranno definite a consuntivo, in funzione del numero di apparati riscontrati guasti.
	B Connettore a sgancio automatico per trazione in ogni direzione DIN8/RJ45. (Femmina DIN8 poli e Maschio RJ45 colore bianco )	7J 12004	1			
	C Clip fermacavo	KK H0001	1			
8	MT - Modulo Tirante bagno. Costituito da:	NE P411T41-K1	1	95,00	95,00	
	A Unità Tirante bagno completo di Pulsante Rosso (BIANCA)	NE P411T40	1			Le quantità saranno definite a consuntivo, in funzione del numero di apparati riscontrati guasti.
	B Cornice BIANCA	3B 50041	1			
	C Confezione 2 viti da 19,00 mm	8V 00001	1			
	D Cordoncino rosso di 2mt con sfere di sicurezza.	3T 30020	1			

Totale €

Nota 1: Qualora le attività di cui ai punti 1,2,3,4 e 5, fossero effettuate tutte nell'ambito dello stesso intervento, sull'importo complessivo dei lavori sarà riconosciuto uno sconto di 500,00 €.

Nota 2: Nella giornata in cui sarà effettuato l'intervento, tutte le camera dovranno essere accessibili, al fine di consentire le attività di sostituzione e configurazione degli apparati.

Nota 3: Durante l'eventuale fase di attivazione da parte dei nostri tecnici, sarà richiesta l'assistenza di Vostro personale che sia a conoscenza di tutte le problematiche dell'impianto da attivare. Sarà pertanto fondamentale che siano disponibili in loco le planimetrie con l'indicazione dei passaggi dei cavi e che i luoghi in cui sono installate le apparecchiature siano facilmente e rapidamente accessibili.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Nuove Tecnologie S.r.l.